


KW-CHP-17  
 咬力测试器  
 Bite tester



题目	标准	章节	章节题目
标准	GB 29281-2012	5.7&图12	咬合试验
	BS EN 716-2:2017	4.11 Fig.7&8	Bite tester
	EN 1888-1:2018	5.7&Fig.21	Bite tester
	EN 12227 2010	4.9	Bite tester
	NF D60-300-1 2019	5.4	Bite Test Device
特点	1. 咬齿采用硬质合金钢淬火加硬处理，保证硬度大于HRC45，外表面做喷砂雾化加硬处理。 2. 咬合力可调。		
参数	1. 咬合力 $50 \pm 5$ 牛，出厂时校准。 2. 外形尺寸：240*140*24毫米，净重：0.4公斤。		